MEMO
ここにメモできます。

No.	項　　目	内　　容
	製品名	ブルドン管真空計 アルミケース
①	型式	DU75 ME
②	圧力レンジ/指針	別表
	目盛板	白地、目盛、文字赤色
	指示精度	CL1.6（JIS1.6級相当）
	ケース材質・外装・構造	ADC12・黒色・ねじ蓋密閉
	指示部形状	DU（３か所ビス止め）
	取り出し方向	背面出し
	透明板	無機ガラス
	指示部大きさ	Φ75
③	接続ねじ形状・サイズ	G1/4B・R1/4
		G3/8B・R3/8
④	接液部材質	別表　BS(真鍮）・SUS（ステンレス）
	ブルドン管/元ねじ	C6872T/C3604BD・SUS316/SCS14
⑤	用途	
	一般	0
	蒸気用	M（SUS316のみ製作）



※ゼロ調指針は、ゼロ点ストッパー無しです。
オプションでストッパー付にもできます。

②,④ 別表

圧力レンジ	最小目盛	分割数	指針	接液部材質	
-0.1～0MPa	0.002	50	標準	BS	SUS

サイズ	e	f
1/4	12	16
3/8	14	18

	①型式		②圧力レンジ		③接続部		④接液材質		⑤用途		⑥オプション				
型番	DU75ME	－	-0.1～0MPa	－	R1/4	－		－		－					

名称	型式	尺度	改訂			図番
パネル埋込型真空計	ＤＵ７５ＭＥ	Free	改訂	Rev.00	荏原計器製作所	NV322-0
			設計	K.Satou		

オプション説明図



⑥	オプション	
記号		
A	CL1.0（JIS1.0級相当）	指示精度
1	禁油	接液部材質
2	禁油・禁水	接液部材質
3	ゼロ調整指針	指針
4	ゼロ点ストッパー	目盛板
5	アクリル樹脂	透明板
6	強化ガラス	透明板
7	ポリカーボネート	透明板
8	安全窓付	ケース
9	最高値置針	製作不可
10	最低値置針	製作不可
11	赤色目安置針	透明板はアクリル樹脂になります。
12	目盛線 赤（緑）色帯	目盛板
		ご希望の色は、ご相談ください。
13	ドキュメント	製品仕様書
14	ドキュメント	製品検査成績書
15	ドキュメント	製品校正証明書・製品検査成績書
		校正用標準器証明書他
16	ドキュメント	接液部ミルシート
17	ドキュメント	非該当証明書

名称	型式	尺度	改訂		図番
パネル埋込型真空計 オプション説明図	DU75ME	Free	Rev.00 設計 K.Satou	荏原計器製作所	NV322-0